

제품명:다중 아미노산 표준 용액

Catlaog No.: AAA/OQ/STS-20-AA LOT No.:2406001

제조일: 2024년 06월 01일

사용기한: 2025년 5월 30일

보관조건: 직사광선을 피하고 밀봉된 상태로 냉장 보관

1. 제품 설명

본 제품은 특정 아미노산들이 일정한 농도로 함유된 용액인 Std Solution Type(H, Hox, PH)를  
목적에 맞게 Sample Dilution Buffer(Cat No.:60 01 007)에 녹인 용액입니다.  
이는 아미노산 분석기 운전 적격성 평가(OQ; Operational Qualification)에 사용되는 5종 아미노산 표  
준 용액을 대체할 수 있습니다.  
제품 제조에 사용된 표준품은 유통기한 내의 미개봉 제품을 즉시 개봉 및 사용해야 합니다.  
사용된 표준품의 종류에 따라 제품 번호는 달라질 수 있으며 숫자는 아미노산의 개수를 의미합니다.  
예) 20종 아미노산 표준품 Hox를 이용해 제조한 경우 제품명은 AAA/OQ/STS-20-AA

2. 함량표

본 용액에 포함된 농도는 다음과 같습니다.

다중 아미노산 표준 용액			
제조일자: 2024년 06월 01일			
AAA/OQ/STS-5-AA		LOT No.: 2406001	
표준품 종류	Type Hox	제품번호	18010122
용액명	투입량 [ml]	최종 용량 [ml]	최종 농도 [nmol/mL]
Std Soluion Hox	1	10.00	100

3.시험 성적 기준 및 시험 결과

하기 시험 성적은 적합한 절차에 맞게 교정된 아미노산 분석기로 평가돼야 합니다.

항목	조건	기준	통과 유무
Sample pH	Ret. Time of ASP	8.1 ~ 9.3 min	PASSED:☑
Resolution	Res between THR/SER	> 1.300	PASSED:☑

Approved By:

Date:24/06/03

SeongWoong Ha